Sotsu Medical Co., Ltd.
3-15-5F, Nakaku-ky, Fukuoka-shi, Fukuoka Prefecture, Japan
Designed in Japan Made in China
Phone: 092-406-8000
www.mytrex.co

Service clientèle du MYTREX Espagne et Portugal
Du lunes au viernes de 9 h à 18 h (vaqueiros@mytrex.com) / M. +34 616 616 90 62

Phone: 902 999 000 (Spain)
Phone: 707 500 500 (Portugal)
Service para venta: vaqueiros@mytrex.com / M. +34 616 616 90

CE UK CA RoHS

MYTREX
MEDI NECK

MT-MDN248
Manuel d'instruction

Merci d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et utiliser le produit correctement et en toute sécurité.
Conservez soigneusement votre garantie (inclue).

CE UK CA RoHS

Précautions de sécurité

Cette section explique les précautions à prendre pour éviter tout dommage à l'utilisateur ou à l'opérateur.

À propos des étiquettes d'avertissement
Les étiquettes suivantes sont utilisées pour présenter des avertissements concernant cette méthode d'emploi.

Avertissement	Indique des situations où une mauvaise utilisation pourrait entraîner des blessures graves.	Attention	Indique des situations où une mauvaise utilisation pourrait entraîner des blessures légères ou moyennes.
	Indique des situations où une mauvaise utilisation pourrait entraîner des dommages uniquement au dispositif concerné.		

Classe de non-responsabilité
Ne pas utiliser le produit en présence de dispositifs causant des ondes électromagnétiques ou de radiofréquences, dans une atmosphère de gaz inflammable, dans des conditions environnementales inadéquates, notamment en cas d'humidité, de ventilation de sous, d'embruns, de température ou d'autres événements.

Avertissement

Interdit — Ne pas prolonger ou comprimer sans l'équipement médical électrique suivant. Ne pas utiliser les pommeaux utilisant des équipements électriques médicaux suivants (injecteur de liquides/ponction/ECG/ect. Utilisez des accidents ou des dysfonctionnements du produit. Cela peut provoquer des accidents ou des dommages.
- Équipement médical électrique implantable/ceux qui ont des stimulateurs cardiaques.
- Équipement médical électrique de classe I, de type BF ou de type CF.
- Équipement médical électrique portable, tel que des électrocardiographes.

Avant utilisez ceci lors son ouverture, ce cela peut provoquer des accidents, des problèmes de santé ou des blessures.

- Les personnes souffrant des maladies cardiaques ou de troubles graves de personnes ayant des problèmes de santé graves, ne doivent pas utiliser ce produit. Cela peut provoquer des accidents ou des blessures.
- Ne pas utiliser ce produit pendant la conduite d'un véhicule, pendant le travail, pendant le sommeil, pendant le bain, pendant le bain, pendant le bain